

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม DNA/RNA extraction kit

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 เป็นน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม ที่สามารถใช้ได้กับเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติยี่ห้อ Taco Nucleic acid automatic extraction system ที่หน่วยงานมีอยู่แล้ว
- 1.2 ชุดน้ำยา 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 1.2.1 Preloaded 48-well Extraction plate
 - 1.2.2 Mixing comb
- 1.3 ชุดน้ำยาใช้สำหรับสกัด DNA/RNA น้ำยาสามารถสกัดสารพันธุกรรมได้จากสิ่งส่งตรวจหลากหลายชนิด เช่น ซีรัม (Serum) หรือ ปัสสาวะ (Urine)
- 1.4 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

2. เงื่อนไขเฉพาะ

- 2.1 กรณีที่น้ำยาที่ใช้มีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้องตามระบบควบคุมคุณภาพและการวินิจฉัยโรค ผู้ขายต้องรับผิดชอบ โดยการนำสารตัวอย่างไปทำการตรวจวิเคราะห์ยืนยันความถูกต้อง และรายงานผลเป็นหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด และชดเชยน้ำยาทดสอบตามจำนวนที่ใช้โดยไม่คิดมูลค่า
- 2.2 กรณีที่เครื่องตรวจวิเคราะห์มีปัญหาหรือขัดข้องขณะทำการทดสอบและไม่สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ต่อไปได้ ผู้ขายต้องชดเชยน้ำยาที่เสียไปตามจำนวนการทดสอบที่มีปัญหา
- 2.3 มีการตรวจทดสอบและบำรุงรักษาเครื่อง (Service maintenance) โดยช่างชำนาญอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
- 2.4 ผู้ขายสามารถจัดให้ผู้ชำนาญการทดสอบมาอบรมวิธีการตรวจวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมการใช้งาน ณ สถานที่ได้รับมาตรฐาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมให้
- 2.5 ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายในแคตตาล็อกหรือหลักฐานที่นำเสนอที่เชื่อถือได้ ตามหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร

3. เงื่อนไขการส่งมอบ

กำหนดเวลาดำเนินการส่งมอบภายใน 60 วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันที่ผู้ขายลงนามในสัญญาซื้อขาย

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม